

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa urządzeń i aparatury pomiarów i automatyki” z podziałem na 5 części:

Część IV: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych sztycowych

- Przepływomierz rozdzielny
- Rodzaj czujnika: Czujnik zanurzeniowy
- Materiał wykładziny: PEEK
- Rozmiar czujnika: Długość zanurzeniowa 700 mm (28 in.)
- Typ przyłącza procesowego: 1 in. NPT, 1/8 in. przyłącze ciśnieniowe
- Materiał przyłącza procesowego: Uchwyt uszczelnienia ze stali nierdzewnej
- Materiał elektrod pomiarowych: Stal nierdzewna 316L
- Stopień ochrony przetwornik / czujnik : IP68, NEMA 6P
- Zasilanie : Zasilanie bateryjne
- Wyjścia : 2 wyjścia impulsowe + 1 alarmowe
- Typ kalibracji : 2%
- Długość kabla sygnałowego : 5 m
- Dopuszczenie dla wody pitnej
- W zestawie 2 baterie litowe 3.6V/19 Ah

Ilość szt.: 2

- a) Termin realizacji : 12 tygodni od daty podpisania umowy
- b) Miejsce dostawy: Wydział Pomiarów i Automatyki
ul. Białobrzeska 4, 40-749 Katowice
- c) Okres gwarancji: 12 miesięcy
- d) Wymagane dokumenty: instrukcja obsługi