



FZ/256/2025

Katowice, dnia 24.09.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (aukcja elektroniczna) z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin) pn:

Dostawa chloromierza

Postępowanie nr FZ/151/47/2025 id 1658

TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytania dotyczące treści Zaprośzenia do przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Technologia Memosens.

W opisie technicznym chloromierza wskazano wymóg zastosowania technologii Memosens.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy technologia Memosens jest wymogiem obligatoryjnym, czy też Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o porównywalnych parametrach metrologicznych i użytkowych.

Odpowiedź 1

Z uwagi na konieczność zapewnienia porównywalności pomiarów z innymi urządzeniami pomiarowymi stosowanymi w naszej firmie Zamawiający podtrzymujemy wymaganie co do technologii Memosens.

Pytanie 2

Kompensacja pH

Dla poprawności i stabilności pomiaru stężenia wolnego chloru w wodzie istotne znaczenie ma bieżąca kompensacja wartości pH. Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający wymaga również zastosowania kompensacji pH (poprzez możliwość podłączenia elektrody pH do przetwornika i montażu jej w tej samej armaturze przepływowej co elektroda chloru wolnego), czy też rozwiązanie to nie jest przewidziane w specyfikacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga dodatkowego pomiaru pH.

Otrzymują:

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
2. a/a